

# 物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

## 事例番号 137

発生場所	病室	精神・意識障害の有無	リスク D. スタッフによる物の不適切な使用・利用・選択・設置・確認不足によるリスク
発生場所 (その他)		無	
関連したもの	ベッド	発生内容の分類 転落	

### 発生内容

臥床している患者。褥瘡予防のマット使用中に、ベッドをGupした状態から転落した

### 概要

患者は自力で寝返りがうてず、褥瘡形成のリスクが高かった。その為、褥瘡予防のベッドマット使用していた。ベッド柵もしていたがGupしたため患者の体が少しずつずれてベッドから転落しているところを発見した。

### 要因

褥瘡マット使用時にG-upしても有効な高さのあるベッド柵がなかったため転落した。

### 対策

褥瘡マット使用時はG-up30° までとする。

### 参照