

# 物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

## 事例番号 184

発生場所 トイレ

精神・意識障害の有無

リスク

発生場所 (その他)

無

C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク

関連したもの 機器

発生内容の分類

転倒

### 発生内容

### 概要

左麻痺の患者さんを身障者トイレに2人で座らせた。トイレに備え付けてある固定ベルトを体とトイレに巻き付け、トイレが終わったらブザーを押してくださいと話し、離れた。その後トイレから声が聞こえたので、見に行ったら右半身を下にして転倒していた。着用していたベルトははがれてしまっていた。右側頭部に不可出血があり。転倒転落パスに沿って観察を続けた。左麻痺があったが、ブザーは左側にあり、押すことが困難であった。また押そうとして無理な姿勢を取ったため転倒した可能性もある。

### 要因

ブザーが両方にあったら転倒は防げたかもしれない。

### 対策

身障者トイレの脇に試作品設置センサーにて人影を感知しなくなったとき、設定した時間になるとコールが鳴るようなものを試用している。  
試用期間が過ぎ、現在は使っていない。商品化もまだされていない。

### 参照