

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号 240

発生場所	病室	精神・意識障害の有無	リスク
発生場所 (その他)		無	
関連したもの	ベッド	発生内容の分類	D. スタッフによる物の不適切な使用・利用・選択・設置・確認不足によるリスク
		転倒、怪我・火傷	

発生内容

ベッドのギャッジUPハンドルを格納しておらず、つまづき、転倒し骨折

概要

ヘルパーが清拭していた。カーテンしたまま反対側にまわろうとし、ベッドの足元にあったギャッジUPするためのハンドルが格納されておらず、ひっかかった。転倒し膝蓋骨骨折。

要因

ギャッジUPハンドルの格納忘れ

対策

医療安全ニュースにより周知・オリエンテーションの強化・KYTトレーニング

参照