

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号 29

発生場所	病室	精神・意識障害の有無	リスク A. 患者による使い方・置き方のリスク D. スタッフによる物の不適切な使用・利用・選択・設置・確認不足によるリスク
発生場所 (その他)		無	
関連したもの	オーバーテーブル	発生内容の分類 転倒	

発生内容

夜間トイレに行こうとしオーバーテーブルにつかまり転倒

概要

狭心症で心臓カテーテル検査の為、検査当日入院した。83才女性患者、検査当日の20:00トイレに行こうとした。右手は検査後止血バンド中であったため左手でオーバーテーブルにつかまりバランスをとろうとしたところ、オーバーテーブルが動いたため転倒した。

要因

当院に整備してあるオーバーテーブルにはストッパーが備えていない。

対策

参照