

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号504

発生場所	病室	精神・意識障害の有無 有	リスク D. スタッフによる物の不適切な使用・ 利用・選択・設置・確認不足によるリス ク
発生場所（その他）			
関連したもの	機器	発生内容の分類 治療・処置、医療機器等	

発生内容

呼吸器装着患者の呼吸器設定変更し忘れ

概要

呼吸器装着中の患者 日中、CPAP（持続陽圧呼吸管理） 夜間17:00～、SIMV（同期型間歇的強制換気）の設定変更をしている患者の 17:00のSIMVへの変更を日勤スタッフが忘れていた。23:00に呼吸器アラーム音が頻回にあり、夜勤スタッフが訪室した所、過呼吸状態にありSIMVに変更されていない事に気付き変更した。

要因

- ・設定変更をいずれも日勤者で施行していた
- ・17時が、日勤者と夜勤者の引き継ぎを要する時間帯

対策

- ・日勤者が9:00にCPAPに変更
- ・夜勤者が19:00にSIMVに変更

参照