

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号510

発生場所	病室	精神・意識障害の有無	リスク
発生場所（その他）		有	B. 物の性能のリスク C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク
関連したもの	ベッド	発生内容の分類	
		転落	

発生内容

ベッド柵の根元が折れて患者がベッドから転落した。

概要

14：00頃、介護病棟の4人部屋に面会に来た他の患者家族から誰かが落ちていると知らせがあった。訪室すると患者が床に寝ており、差し込み式のベッド柵の根元が1本折れていた。隙間から落ちた様子であった。ベッドは低床としてあった。外傷はなく、経過観察をして異常はみられなかった。患者は失語症と脳血管性の認知症があり、ナースコールができず、言葉で意思を伝達できない人である。健側の腕を使い起き上がることから転落のリスクがあるため、柵の使用とベッドの低床プランが建てられて実施されていた。

要因

ベッドと柵は購入から15年経過している。入院患者は認知症で健側の腕で柵ををつかんで起き上がることが多かった。柵の金属疲労から患者が柵をつかんだ時に負荷がかかり折れた可能性がある。

対策

全部のベッド柵の点検をして、危険な柵は廃棄した。

参照