

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号527

発生場所	外来診察室	精神・意識障害の有無	リスク A. 患者による使い方・置き方のリスク B. 物の性能のリスク C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク D. スタッフによる物の不適切な使用・利用・選択・設置・確認不足によるリスク
発生場所（その他）		無	
関連したもの	ベッド	発生内容の分類 転落	

発生内容

小児科外来処置室での処置台からの転落

概要

小児科外来処置室にて、計測後、処置台の上で母親が0歳児に衣服・おむつを着けようとした際、児が転落した。頭部に発赤・腫脹はなく、右頬にうっすら赤みがあった。頭部CTは撮らずに経過観察することとした。処置台の高さは65cm、柵はなかった。

要因

- ・柵のない処置台で児の着脱を行っていた。
- ・処置台を部屋の中央に設置していた。

対策

- ・処置台に柵を取り付ける。
- ・処置台の片面が壁に付くよう、配置換えを行う。

参照