

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号532

発生場所	病室	精神・意識障害の有無	リスク A. 患者による使い方・置き方のリスク B. 物の性能のリスク D. スタッフによる物の不適切な使用・利用・選択・設置・確認不足によるリスク
発生場所（その他）		無	
関連したもの	オーバーテーブル	発生内容の分類 転倒	

発生内容

ベッドサイドで転倒

概要

深夜3時、患者が自分一人で尿器を用いて排尿しようと思った。そのため、オーバーテーブルに手を掛けて立とうとした。しかし、オーバーテーブルが動きベッドからずり落ちて尻餅をついた。また、その途中にオーバーテーブルの角で右側胸部を打った。

要因

オーバーテーブルにストッパーが掛けられていなかった。

対策

ストッパー付きのオーバーテーブルに変更する ベッドサイドでは、ストッパーを掛けて動かないようにする オーバーテーブルを支柱にして立たないように患者指導する

参照