

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号537

発生場所

病室

精神・意識障害の有無

リスク

発生場所（その他）

無

B. 物の性能のリスク

D. スタッフによる物の不適切な使用・
利用・選択・設置・確認不足によるリス
ク

関連したもの

付添いベッド

発生内容の分類

転落

発生内容

付添いベッドからの転落

概要

患児の母親が付添いベッドから転落し、肋骨を骨折した。

要因

・付添いベッドに柵が付いていない

対策

参照