

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号652

発生場所	病室	精神・意識障害の有無 不明	リスク B. 物の性能のリスク C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク
発生場所（その他）			
関連したもの	ボンベ架	発生内容の分類 落下物	

発生内容

患者搬送中の酸素ボンベの落下

概要

ボンベ架に酸素ボンベを入れてベッドを移動させる際、溶接が取れてボンベが落下した。

要因

ボンベ架をベッドに取り付けるための溶接部分に経年劣化によるヒビが入っていた。

対策

医療安全推進委員会で事例の情報共有を行うと共に、各病棟でボンベ架の点検を実施し、経年劣化が見られたボンベ架を買い替えた。

参照