

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号660

発生場所

病室

精神・意識障害の有無

無

発生場所（その他）

発生内容の分類

転倒

関連したもの

オーバーテーブル

リスク

- A. 患者による使い方・置き方のリスク
- B. 物の性能のリスク
- C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク

発生内容

病室内での転倒

概要

患者は、80歳代で杖歩行していたが安定しており、夜間のみ見守り歩行していた。7時30分頃、床頭台下に収納された冷蔵庫から物を取り出して、オーバーテーブルに手を着いて立ち上がったところ、オーバーテーブルが動いたためにバランスを崩して後ろ向きに倒れた。倒れた時に後頭部を打撲し少量の出血があったが、頭部CT検査で頭蓋内出血の所見はなかった。

要因

オーバーテーブルにストッパーがない 動くオーバーテーブルを、支えに立とうとした 動くオーバーテーブルを、支えにしないように入院時説明しているが、理解が十分でなかった。

対策

予め患者が必要とするものを把握して整備しておく オーバーテーブル等動いて支えには不安定なものは、支えにしないように説明し理解を得る オーバーテーブルをストッパー付きに替える。

参照