

# 物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

## 事例番号701

発生場所	病室	精神・意識障害の有無	リスク
発生場所 (その他)		無	
関連したもの	牽引ベッドの支柱	発生内容の分類	D. スタッフによる物の不適切な使用・利用・選択・設置・確認不足によるリスク
		落下物	

### 発生内容

牽引ベッド支柱の外れ

### 概要

牽引支柱は244cmの物を使用し、ベッドが高い状態で設置されていた。使用時、ベッドの高さを牽引支柱が床に接する状態に変更した。その状態でベッド上に人が乗ったため、ベッドが沈み力が加わり牽引支柱がベッド柵ごと外れてしまった。その際、衝撃で患者に痛みが生じた。

### 要因

ベッドが高い状態で組み立てたため、ベッドを下げたときに支柱が床へあたってしまった。

### 対策

ベッドは、1番下まで下げた状態で組み立てる。支柱の下面は、キャスターより上（床上10cm以上）とする。

### 参照



事例に関する注意喚起として発行した文書です。