

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号737

発生場所 手術室

発生場所（その他）

関連したもの 機器

精神・意識障害の有無

無

発生内容の分類

医療機器等

リスク

D. スタッフによる物の不適切な使用・利用・選択・設置・確認不足によるリスク

発生内容

手術室の無影灯ハンドルの落下

概要

手術室の無影灯のハンドルのひとつが、術中に器械出し看護師の頭部に落下した。

要因

経年劣化によるものと、日常の点検不十分

対策

無影灯ハンドルを差し込むソケットが正しくねじで固定されているかを他の手術室も確認した。

参照