

# 物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

## 事例番号741

発生場所

その他

精神・意識障害の有無

リスク

発生場所（その他）三方活栓

無

D. スタッフによる物の不適切な使用・利用・選択・設置・確認不足によるリスク

関連したもの

三方活栓

発生内容の分類

薬剤

発生内容

三方活栓の操作不備により薬剤が投与できなかった

概要

三方活栓から投与していた薬剤が終了し、点滴交換するために三方活栓を一時OFFにした。

要因

確認不足 三方活栓構造の理解不足

対策

参照