

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号754

発生場所	洗面所・浴室	精神・意識障害の有無	リスク
発生場所（その他）		不明	
関連したもの	スライダー	発生内容の分類 その他療養上の世話	D. スタッフによる物の不適切な使用・ 利用・選択・設置・確認不足によるリス ク

発生内容

機械浴介助時のスキンテア

概要

対象：腹腔内腫瘍 79才女性
ADL：全介助

機械浴のストレッチャーへ移乗させようと、スライダーを使用した。その際スライダーに右上肢が巻き込まれていた。患者を移乗させスライダーを抜き取ったところ、2センチ×7センチ大に皮膚がびらんした。

要因

患者は裸であり、上肢のポジショニングを確認せずに巻き込んでしまった。スライダーを体の下に入れる際、やや巻き込んだ感があったが、そのままスライドさせスキンテア発生となった。

対策

裸の場合すべりにくいことを看護師、看護助手へ周知。情報共有し、正しいポジショニング法を研修で共有した。

参照