

# 物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

## 事例番号757

発生場所	病室	精神・意識障害の有無 有	リスク D. スタッフによる物の不適切な使用・ 利用・選択・設置・確認不足によるリス ク
発生場所（その他）			
関連したもの	トラックケア	発生内容の分類 治療・処置、ドレーン・チューブ	

**発生内容**  
トラックケアの破損

**概要**  
トラックケアのビニール部分が膨れ上がった。

**要因**  
カテーテルの引き過ぎによる、リークによって発生したと考えられる。

**対策**  
カテーテルを黒いマークまで引くと引き過ぎになり、リークする恐れや感染リスクがあることを、CEから病棟看護師に伝えた。

**参照**