

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号853

発生場所	病室	精神・意識障害の有無	リスク B. 物の性能のリスク D. スタッフによる物の不適切な使用・利用・選択・設置・確認不足によるリスク
発生場所（その他）-		無	
関連したもの	ベッド、柵	発生内容の分類 転落	

発生内容

ベッドからの転落

概要

9か月女児のおむつ交換後、おむつを捨てるために、ベッド柵を中段のところまで上げて、児からはなれた。約1分後に戻ると児が床にうつ伏せになり啼泣していた。看護師はベッド柵を中段でとめたと思っていたが、止まっておらず中段固定位置から柵が斜めになっていたため、児が転がって転落した。

要因

医療機能評価機構の安全情報でも小児ベッド柵は一番上まで上げるように注意喚起されている。しかし、小児ベッドには中段で止めることもできるようになっている。

対策

ベッドの中段でとまらないようにストッパー部分の留め具をはずした。

参照