

# 物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

## 事例869

発生場所	病室	精神・意識障害の有無 有	リスク B. 物の性能のリスク
発生場所（その他）	—		
関連したもの	機器	発生内容の分類 医療機器等	

### 発生内容

24時間持続喀痰吸引中の吸引機が止まったままになっていた

### 概要

介助の為、他患者のところに訪室時、貯痰音が聞こえ、確認すると、24時間持続吸引中（メラ）の患者の口から痰があふれているところを発見。吸引チューブは口腔内にあり、吸引機の貯痰バックがいっぱいになったまま止まっていた。

### 要因

貯痰バックがいっぱいになった為、交換しようとして機械を止めたまま、交換を忘れてしまった可能性。吸引圧の設定が適切ではなかった。

### 対策

業務を途中で寸断しない。  
24時間吸引中の場合必ず圧を確認する。  
貯痰バックの適切な交換の実施。

### 参照