

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例914

発生場所	病室	精神・意識障害の有無	リスク
発生場所 (その他)			
関連したもの	ベッド	発生内容の分類	B. 物の性能のリスク C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク
		無	
		転倒転落	

発生内容

ベッド端座位状態からのズリ落ち

概要

患者が昼食を端座位で摂るためベッド右側に端座位で待機していた。配膳しようと訪室すると、ベッド右側に尻餅を付き、座位の状態で座っていた。

要因

使用していたベッドマットは低反発ソフトタイプであり、マット全体が低反発のため、端座位では深く座らないとズリ落ちやすい。

対策

マットは2種のみで、使用したマットは固い方のマットであった。マットの端の形状が少しでも堅いとズリ落ちは低減できる。同様の事例は年に数件発生している。

参照



低反発タイプのベッドマット端に座りズリ落ちた。